indusbello
innovación para una vida saludable

Autoclavable hasta 135° C

Línea Odontológica

Favor verificar las Instrucciones de uso

No Estéril

Manténgalo lejo de La luz del sol

Manténgalo Seco

Endo RH Plus

*PELICULA NO INCLUIDA

- Durabilidad
- Radiografía con precisión
- Fácil posicionamiento
- Practicidad
- Acompaña pote autoclavable exclusivo

ENDO RH PLUS: Posee exclusivos dispositivos de mordedura. En la endodoncia: compensa la parte de la lima y del cono que sobrepasa la corona del diente. En la implantodoncia: compensa la sobra del indicador de dirección), allá de un formato diferenciado, que permite las radiografía intraoperatoria en la endodoncia y implantodoncia.

INDICACIÓN: Para la endodoncia: es utilizado para tomadas radiográficas bajo aislamiento absoluto, o sea, las tomadas radiográficas intraoperatorias durante el tratamiento del canal (odontometría y conometria).

Para la implantodoncia: en la verificación del indicador de dirección en relación al seno maxilar, las cavidades nasales y al nervio mentoniano.

INSTRUCCIONES DE USO: Enganchar la película radiográfica en la Aleta de presión; para los dientes posteriores la película radiográfica debe quedarse en la horizontal y para los dientes anteriores en la vertical. Poner el posicionador en la boca del paciente de manera que el diente en cuestión se quede en el centro de la película radiográfica; en tomadas radiográficas de los dientes posteriores, el posicionador es mantenido en posición por el paciente, pues el mismo cierra la boca mordiendo el dispositivo de mordedura. En los dientes anteriores el paciente mantiene la boca abierta agarrando el posicionador por la varilla de soporte (con el dedo pulgar e indicador en forma de pinza), dispensando el uso del dispositivo de mordedura. El procedimiento es válido también para casos de los pacientes con la boca pequeña, desdentado y canales atrésicos. En la tomada radiográfica el cono del equipo deberá ser colocado paralelo al anillo del posicionador.

Nota: en la endodoncia, soltar el dique de goma del lado opuesto al diente que será radiografiado. Se necesario separar a raices, ajustar el cone del aparato de rayos X para realizar radiografias o mesio-radial o disto-radial.

PRESENTACIÓN: 1 PIEZA A para dientes posteriores (superior izquierdo y inferior derecho) y anteriores (superiores y inferiores); 1 PIEZA B para dientes posteriores (superior derecho y inferior izquierdo) y anteriores (superiores y inferiores)

2 Dispositivos para mordedura (14mm)

2 Dispositivos para mordedura (16mm)

1 Pote esterilizable en autoclave (exclusivo Indusbello)

1 Guía de Uso

ATENCION: No incluye la película radiográfica

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Después de la inspección visual, comprobar la eficacia del proceso de limpieza, desmontar el anillo y acondicionar todas las piezas del conjunto de posicionadores en un envase estéril (grado quirúrgico de tamaño compatible para que el anillo no sufra deformación) o dentro del pote exclusivo Indusbello, que debe ser colocado en el autoclave com el dispositivo de la tapa abierto y sólo después de la esterilización, debe cerrarse. La esterilización deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Poliacetal, policarbonato, pigmento y silicona no tóxica.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código	Descripción	Presentación	ANVISA
107588100003	*Endo RH Plus*	*1 Caja*	*I 80213420034*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileña